


## APARAT PRZYŁÓŻKOWY AP 420

Analogowy aparat przyłóżkowy z manipulatorem gruszkowym. Umożliwia pacjentowi załączenie sygnału przywoławczego. Czerwona dioda LED świecąca w czasie wciskania przycisku informuje o załączeniu sygnału przywoławczego. Dodatkowo aparat umożliwia personelowi załączenie sygnału DRUGIE WEZWANIE.

### Dane techniczne:

Napięcie zasilania		12 V
Pobór prądu	zał.max	10 mA
	wył.max	0 mA
Wymiary wys./szer./gr. (mm)		90x90x20
Długość przewodu manipulatora		2 m
Max ilość aparatów w jednej sali		bez ograniczeń

Podstawowe funkcje:  
- przywołanie



Sposób podłączenia aparatów przyłóżkowych AP 420 do podcentrali sali PS 405 DSŁ

**SCHEMAT POŁĄCZEŃ CYFROWEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZYŻYWOWEJ SSP 4000 D  
Z APARATAMI AP 420 I AP 430**
